

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC  
51-3

1984

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1

1994-08

---

---

Amendement 1

**Appareils mesureurs électriques indicateurs  
analogiques à action directe et leurs accessoires**

**Partie 3:**

Prescriptions particulières pour les wattmètres  
et les varmètres

Amendment 1

**Direct acting indicating analogue electrical-  
measuring instruments and their accessories**

**Part 3:**

Special requirements for wattmeters and varmeters

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse

---

---



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**B**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

# AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 85 de la CEI: Appareillage de mesure des grandeurs électromagnétiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

| DIS      | Rapport de vote |
|----------|-----------------|
| 85(BC)63 | 85(BC)68        |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

Tableau I-3, note <sup>3)</sup>.

*Remplacer les première et deuxième lignes de la note par ce qui suit:*

La différence entre deux tensions simples quelconques et entre deux tensions composées quelconques ne doit pas excéder 1 % de leur moyenne (tension simple et composée, respectivement).

## FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electromagnetic quantities.

The text of this amendment is based on the following documents:

| DIS      | Report on voting |
|----------|------------------|
| 85(CO)63 | 85(CO)68         |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

---

Page 8

Table I-3, note <sup>3)</sup>.

*Replace the first two lines of this note by the following:*

The difference between any two line-to-line voltages and between any two line-to-neutral voltages shall not exceed 1 % of the average (line-to-line and line-to-neutral voltages, respectively).

---

---

**ICS 17.220.20**

---